



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОСА»
Провайдер проверок квалификации лабораторий
посредством межлабораторных сравнительных испытаний



Номер в реестре ФСА / аттестат аккредитации: № RA.RU.430162 / № AAC.PTP.00220
Сертификат соответствия СМК № RA.RU.HB13.K00003

СВИДЕТЕЛЬСТВО
УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ
ПРОВЕРКИ КВАЛИФИКАЦИИ

2 этап 2025 г.

Настоящим удостоверяется, что испытательная лаборатория (ООО «Титан») принимал(а) участие в программе проверки квалификации лабораторий «РОСА 2025», получив удовлетворительные результаты по следующим показателям:

Шифр образца	Наименование показателя	Единица измерения	Результат анализа	Приписанное значение
ОК-N2-25B	Жесткость общая	град. Ж	$1,89 \pm 0,28$	$1,88 \pm 0,02$
ОК-N2-25B	Хлорид-ионы	мг/л	$45,2 \pm 6,8$	$51,8 \pm 0,3$
ОК-O2-25B	Гидрокарбонат-ионы	мг/л	$94,6 \pm 11,4$	$95,0 \pm 1,5$
ОК-P2-25B	Сухой остаток при 105 °С	мг/л	203 ± 18	190 ± 1
ОК-T2-25B	рН при 25 °С	ед. рН	$7,05 \pm 0,05$	$7,015 \pm 0,004$

Последние буквы в шифре образца обозначают объект анализа: А – воздух; В – вода; С – смывы; О – осадок сточных вод; П – почва; Р – реагент водоподготовки; У – минеральные удобрения.

Сводный отчет по результатам проверки квалификации № 4-25 опубликован на сайте www.rossalab.ru

Руководитель провайдера

А.В. Чамаев

Координатор провайдера

Л.Д. Деева



Регистрационный № 2458/1 /2-МСИ-2025 - 1
г. Москва