



РОССТАНДАРТ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ФБУ «ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ»

ПРОВАЙДЕР ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК КВАЛИФИКАЦИИ ЛАБОРАТОРИЙ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
об участии лаборатории в проверке квалификации
посредством межлабораторных сравнительных
испытаний
1 раунд 2025 год
Код лаборатории 1

Испытательная лаборатория ООО «Титан»

AAC.A.00506

В 2025 году лаборатория приняла участие в проверке квалификации посредством межлабораторных сравнительных испытаний масла турбинного и получила удовлетворительные результаты по следующим показателям:

Вязкость кинематическая при 50 °С по ГОСТ 33-2016
Плотность при 20 °С по ГОСТ 3900-2022
Зольность % по ГОСТ 1461-2023
Температура вспышки в открытом тигле °С по ГОСТ ГОСТ 4333-2021
Массовая доля серы % по ASTM D 5185-18
Кислотное число, мгКОН/100 см³ по ГОСТ 5985-2022
Цвет на колориметре ЦНТ, ед. ЦНТ по ГОСТ 20284-74
Температура застывания °С по ГОСТ 20287-2023 метод Б

Заместитель директора по метрологии,
Руководитель провайдера МСИ



А.В. Синцов